

Số: 93/BC-BV

Than Uyên, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Kết quả kiểm tra, rà soát thiết bị cần kiểm định về an toàn**  
**và tính năng kỹ thuật**

Thực hiện Công văn số 894/BHXX-CSYT ngày 30/3/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn số 290/KTNN-TH; Công văn số 267/BHXX-CĐBHYT ngày 08/4/2026 của BHXX tỉnh Lai Châu về việc thực hiện cập nhật, điều chỉnh danh mục sử dụng trong liên thông dữ liệu KCB BHYT.

Bệnh viện đa khoa Than Uyên báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra đối với những trang thiết bị thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế công bố phải kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng trong thời gian quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT đến trước ngày 31/12/2025 như sau:

**1. Máy thở:** Hiện có 20 máy, trong đó 07 máy đã được kiểm định ngày 19/11/2025, 13 máy chưa kiểm định (*trong đó 03 máy hỏng không sử dụng, 10 máy thở sách tay được tài trợ chưa sử dụng*).

**2. Máy gây mê kèm thở:** Hiện có 02 máy, đã được kiểm định ngày 19/11/2025.

**3. Dao mổ điện:** có 03 máy, đã được kiểm định ngày 19/11/2025

**4. Lòng áp trẻ sơ sinh:** có 04 máy, đã được kiểm ngày 19/11/2025

**5. Máy phá rung tim:** có 02 máy, đã được kiểm ngày 19/11/2025

**6. Máy thận nhân tạo:** có 03 máy, đã được kiểm định ngày 15/5/2025.

Thiết bị X-Quang kiểm định đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Bệnh viện đa khoa Than Uyên cam kết về tính chính xác của những nội dung trên, cơ sở KCB hoàn toàn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ, tính chính xác của số liệu chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

phát sinh từ các thiết bị y tế chưa được kiểm định trong thời gian quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT đến trước ngày 31/12/2025.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát thiết bị cần kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa Than Uyên./.

***Nơi nhận:***

- BHXH tỉnh Lai Châu;
- BHXH cơ sở Than Uyên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Cao Thị Thúy Hà**